

Asiakastiedote
40/2021
31.8.2021
Sivu 1(1)

Arvoisa asiakas,

Viitearvomuutos

Fosfolipaasi-A2-reseptori, vasta-aineet
S -PLA2RAb ATK 8585

Muutokset koskevat Tallinnaan keskuslaboratorioon lähetettäviä näytteitä.

Alihankintalaboratoriomme on täydentänyt tutkimuksen viitearvoja ottamalla käyttöön raja-arvoalueen.

Uudet viitearvot negatiivinen: alle 14 RU/ml
 raja-arvo: 14-20 RU/ml
 positiivinen: yli 20 RU/ml

Viitearvomuutos astuu voimaan heti.

Tiedustelut

Ammattilaisneuvonta
p. 020 734 1550
ammattilaisneuvonta@synlab.fi