

**Asiakastiedote 12/2019**

**21.3.2019**

**Sivu 1/1**

**Arvoisa asiakas,**

**Näyttemäärämuutos tutkimuksessa F –BaktVi1**

**Pyydämme ystävällisesti huomioimaan päivitetty näyttemäärä tutkimuksessa F –BaktVi1 (KL 3442).**

Näytteeksi tarvitaan ulostetta **kahdessa** Amies-tyyppisessä kuljetusputkessa. Kuljetusputket pannaan kuljetuksen ajaksi tiiviisti suljettavaan muovipussiin, lähete jätetään pussin ulkopuolelle. Jos näytteessä on verisiä ja/tai limaisia kohtia näytettä otetaan näistä. Näytetikkunaan otetaan runsaasti ulostetta.

Muutos astuu voimaan välittömästi.

**Tiedustelut:**

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550

Email: ammattilaisneuvonta@synlab.fi